



BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO – REHABILITACYJNY

SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU

43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 83

tel. (33) 817 21 66, 817 26 21, fax (33) 817 34 63

NIP: 937-14-94-573 Regon: 000297603

www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

Znak sprawy: 0010/ZP/TP/2025

Jaworze, dn. 03.11.2025 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

PYTANIE NR 1:

Dot. zapisów SWZ

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie, w celu poświadczenia zdolności technicznej lub zawodowej, oprócz wymaganych świadectw kwalifikacji elektrycznych „E” i „D” w ramach części nr 2, 6, 41 imiennych certyfikatów wydanych przez niezależny od producenta podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń z nadzorowania i utrzymania sprzętu medycznego, produkcji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz dystrybucji sprzętu medycznego, zgodnego z normą PN-EN 62353:2015, dotyczącą serwisów urządzeń medycznych, jako spełniające warunki udziału w w/w postępowaniu

Pragniemy również nadmienić, iż posiadamy aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr J-2819/1/2025 potwierdzający spełnienie wymagań obowiązującej normy PN-EN ISO 9001:2015-10, wydany przez Jednostkę Certyfikującą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., członka IQNET, w zakresie: instalacji, serwisu i okresowych przeglądów urządzeń medycznych i laboratoryjnych, szkolenia personelu medycznego, walidacji procesów przebiegających w urządzeniach medycznych oraz urządzeniach uczestniczących w procesie poboru, produkcji i przechowywania składników krwiopochodnych, co potwierdza zaangażowanie firmy w utrzymanie wysokich standardów jakości w obszarze serwisowania urządzeń medycznych.

Powyższa zgoda zapewni Zamawiającemu otrzymanie większej ilości ofert w częściach nr 2, 6, 41, co z pewnością przełoży się na uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego ceny oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią SWZ. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż Wykonawca może przedstawić w ofercie informację o posiadaniu dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje/kompetencje, w tym w postaci wyżej wymienionych certyfikatów.

PYTANIE NR 2:

Dot. zapisów Umowy § 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.



Województwo
Śląskie

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią art. 106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez Zamawiającego adres poczty e-mail. Powyższy zapis wynika z ww. ustawy, w związku z powyższym nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów we wzorze umowy.

PYTANIE NR 3:

Dot. zapisów Umowy § 11

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 11 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią SWZ.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2**PYTANIE NR 1:**

Dot. Część nr 50 - APARAT DO DEZYNFEKCJI

Czy Zamawiający w celu należytego wykonania usługi wymaga od Wykonawcy posiadania autoryzacji serwisowej producenta urządzenia? Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Zaznaczamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez producenta sprzętu wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga od Wykonawcy posiadania autoryzacji serwisowej producenta dla aparatu do dezynfekcji – część nr 50.

PYTANIE NR 2:

Dot. Część nr 63 – MYJNIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 63 pozycji nr 2 Płuczko-Dezynfektor Clinox 3A Total producenta Arcania by Sofinor do osobnego pakietu, bądź wyrazi zgodę na złożenie ofert na poszczególne pozycje? Umożliwi to złożenie oferty Wykonawcy, będącym autoryzowanym serwisem ww. myjni.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z części 63 – załącznik nr 70 do SWZ stanowiący załącznik nr...do umowy nr ZP/.../2025 pozycji nr 2, tj. urządzenia Płuczko -Dezynfektor Clinox 3A Total producenta Arcania by Sofinor do osobnego pakietu.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji nr 1 treści SWZ poprzez dodanie załącznika nr 73 do SWZ stanowiący załącznik nr...do umowy nr ZP/.../2025 – część nr 66 - Płuczko -Dezynfektor.

Zamawiający